

**ОБЛАСНА КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА  
«ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ»**

**ОБГРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі Мобільне крісло для душу/туалету Zum-SP або еквівалент; Крісло-ваги SECA 959 або еквівалент; Медичний електричний стіл/кушетка BoBath YK-8000A або еквівалент; Приліжковий тренажер для рук СРМ-14 або еквівалент; Приліжковий тренажер для ніг СРМ-15 або еквівалент за кодом ДК 021: 2015 33150000-6 "Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії"

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:**

Замовник - ЦЗО – Комунальне підприємство «Централізована закупівельна організація Одеської обласної ради»

Замовник-Ініціатор – Обласна комунальна установа «Обласний центр соціально- психологічної допомоги»

65102, Україна, Одеська область, місто Одеса, ВУЛИЦЯ КРАСНА, будинок 11 (код ЄДРПОУ 33970008)

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Код ДК 021:2015 — 33150000-6 — Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** ВІДКРИТІ ТОРГИ (з особливостями) закупівлі UA-2025-07-25-009300-a.

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 8 995 209,45 грн. (з ПДВ)

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», (а саме перший метод розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг методом порівняння ринкових цін.

**Розмір бюджетного призначення:** 8 995 209,45 грн. (з ПДВ)

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання:** по 31.12.2025р.

**Мобільне крісло для душу/туалету Zum-SP або еквівалент  
Технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі  
Код ДК 021: 2015: 33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії,  
електротерапії та фізичної терапії  
Класифікація за НК 024:2023: 40539 - Крісло-туалет**

| № | Опис вимог                                                                                                | Наявність функцій або значення параметру по ТЗ |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | Крісло для душу/туалету має бути призначено для використання людьми з обмеженими можливостями рухливості, | Наявність                                      |

|    |                                                                                                                                       |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | яким важко стояти або утримувати рівновагу під час виконання таких дій, як прийняття душі, відвідування туалету або особиста гігієна. |                |
| 2  | Рама крісла повинна бути виготовлена із алюмінію з електростатичним покриттям                                                         | Наявність      |
| 3  | Конструкція рами крісла: складна                                                                                                      | Наявність      |
| 4  | Вага виробу з підставками для ніг, не більше, кг                                                                                      | 26             |
| 5  | Максимальне безпечне навантаження не менше, кг                                                                                        | 160            |
| 6  | Ширина рами крісла, не менше, мм                                                                                                      | 470<br>(±5мм)  |
| 7  | Ширина сидіння, мм                                                                                                                    | 460<br>(±5мм)  |
| 8  | Загальна ширина крісла, не менше, мм                                                                                                  | 640<br>(±5мм)  |
| 9  | Загальна довжина крісла з підставками для ніг, мм                                                                                     | 1000<br>(±5мм) |
| 10 | Крісло повинно мати можливість керування за допомогою супроводжуючої особи та ручними приводними ободами на колесах                   | Наявність      |
| 11 | Колеса мають бути оснащені подвійним блокуванням                                                                                      | Наявність      |
| 12 | Висота сидіння від підлоги, мм                                                                                                        | 550<br>(±5мм)  |
| 13 | Підніжки крісла мають регулюватись за висотою та за кутом нахилу                                                                      | Наявність      |
| 14 | Підніжки крісла мають бути знімними з відкидною опорою стопи                                                                          | Наявність      |
| 15 | Мінімальний радіус розвороту з підставками для ніг, мм                                                                                | 1420<br>(±5мм) |
| 16 | Матеріал покриття спинної секції має бути виготовлено з ПВХ                                                                           | Наявність      |
| 17 | Гарантійний термін виробу, не менше                                                                                                   | 12 місяців     |

**Місце поставки - Одеська обл., Одеський р-н, Усатівська сільська рада, с. Усатове, вул. Київська, 59**

**Строк поставки – до 31.12.2025**

#### **ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою), в якому міститься ця інформація, з наданням таких документів.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію, який підтверджується підписаним з обох сторін актом вводу в експлуатацію.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. Гарантійний термін (строк) експлуатації

запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію, який підтверджується підписаним з обох сторін актом вводу в експлуатацію.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

4. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

**Крісло-ваги SECA 959 або еквівалент**  
**Технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі**  
**Код ДК 021: 2015: 33150000-6 - Апаратура для радіотерапії, механотерапії,**  
**електротерапії та фізичної терапії**  
**Класифікація за НК 024:2023: 31162 - Каталог з положенням сидячи адаптаційна**

| <b>№</b> | <b>Опис вимог</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Наявність функцій або значення параметру по ТЗ</b> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.       | Крісло-ваги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Наявність                                             |
| 2.       | Крісло-ваги мають бути призначені для швидкого і точного зважування людей у сидячому положенні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Відповідність                                         |
| 3.       | Відкидні підлокітники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Наявність                                             |
| 4.       | Підставки для ніг повинна складатись і прибиратись під сидіння                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Відповідність                                         |
| 5.       | Конструкція крісла-ваги має складатись з: <ul style="list-style-type: none"><li>• Кнопки вмикання/вимикання ваг</li><li>• Кнопки зі стрілкою вверх</li><li>• Кнопки зі стрілкою вниз</li><li>• Кнопки Enter</li><li>• Дисплея</li><li>• Акумуляторна батарея</li><li>• Роз'єму для підключення блоку живлення</li><li>• Датчика рівня</li><li>• Коліс для транспортування</li><li>• Підлокітників</li><li>• Підставки для ніг</li><li>• Гвинтів для ніжок</li></ul> | Відповідність                                         |
| 6        | Кругла трубчаста рама виготовлена зі сталі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Відповідність                                         |
| 7.       | Елемент управління з великим РК-дисплеєм повинен бути розташований на спинці крісла                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Відповідність                                         |

|     |                                                                                                                      |                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 8.  | Пацієнти повинні мати можливість легко переміщуватися з ліжка на крісло, завдяки відкидним підлокітникам і підніжкам | Відповідність                      |
| 9.  | Акумуляторна батарея                                                                                                 | Наявність                          |
| 10. | Ергономічні ручки                                                                                                    | Наявність                          |
| 11. | Крісло - ваги повинні бути оснащені чотирма маневреними колесами, з плавним ходом, 2 з яких, з гальмами              | Відповідність                      |
| 12. | Крісло - ваги повинні мати можливість використовуватись навіть у найвужчих просторах                                 | Відповідність                      |
| 13. | Результати вимірювань можна відправити бездротовим способом на принтер або ПК одним натисканням кнопки               | Відповідність                      |
| 14. | Крісло повинно мати можливість керування за допомогою супроводжуючої особи                                           | Відповідність                      |
| 15. | Крісло повинно мати не менше 50 г градації для точного вимірювання сидючи                                            | Відповідність                      |
| 16. | Габаритні розміри (Ш x В x Г), мм                                                                                    | Не більше<br>563 x 897 x 978<br>мм |
| 17. | Вага                                                                                                                 | Не більше<br>24,5 кг               |
| 18. | Безпечне навантаження                                                                                                | Не менше<br>300                    |
| 19. | Гарантійний термін виробу                                                                                            | Не менше<br>12 місяців             |

**Місце поставки - Одеська обл., Одеський р-н, Усатівська сільська рада, с. Усатове, вул. Київська, 59**  
**Строк поставки – до 31.12.2025**

### **ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою), в якому міститься ця інформація, з наданням таких документів.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію, який підтверджується підписаним з обох сторін актом вводу в експлуатацію.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. Гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію, який підтверджується підписаним з обох сторін актом вводу в експлуатацію.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

4. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

### **Медичний електричний стіл/кушетка VoBath UK-8000A або еквівалент**

#### **Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.**

**ДК 021:2015:33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії**

**Класифікація за НК 024:2023: 32264 - Стіл/кушетка масажна з живленням від мережі**

| <b>№ з/п</b> | <b>Опис вимог</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Наявність функції або значення параметру по ТЗ</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1            | Виріб призначений для використання в амбулаторіях, стаціонарах, масажних і косметологічних кабінетах для проведення сеансів лікувального, спортивного масажу мануальної терапії, і косметологічних процедур. | Н Відповідність                                       |
| 2            | Наявність двох секцій                                                                                                                                                                                        | Наявність                                             |
| 3            | Наявність отвору для обличчя в головній секції                                                                                                                                                               | Наявність                                             |
| 4            | Оснащений чотирма самоорієнтовними колесами, які можуть висуватись за межі опорних ніжок, на висоту для пересування столу в межах кабінету.                                                                  | Відповідність                                         |
| 5            | Регулювання висоти за допомогою електропривода                                                                                                                                                               | Наявність                                             |
| 6            | Металевий каркас, покритий полімерно-порошковою фарбою стійкою до дезінфікуючих розчинів.                                                                                                                    | Наявність                                             |
| 7            | Габаритні розміри Д х Ш, не менше, мм:                                                                                                                                                                       | <b>2100 x 1200</b>                                    |
| 8            | Діапазон висоти, не гірше, мм:                                                                                                                                                                               | <b>450 – 950</b>                                      |
| 9            | Маса виробу, ≤ кг                                                                                                                                                                                            | 100                                                   |
| 10           | Пневматичне регулювання спинної секції не менше:                                                                                                                                                             | 0° - 85°                                              |
| 11           | Максимальне навантаження не менше, кг                                                                                                                                                                        | 170                                                   |
| 12           | Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців.                                                                                                                                 | Відповідність                                         |
| 13           | Гарантійний строк зберігання в пакуванні підприємства-виробника – 2 роки від дати виготовлення.                                                                                                              | Відповідність                                         |
| 14           | Інструкція з експлуатації українською мовою.                                                                                                                                                                 | Наявність                                             |

**Місце поставки - Одеська обл., Одеський р-н, Усатівська сільська рада, с. Усатове, вул. Київська, 59**

**Строк поставки – до 31.12.2025**

### **ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою), в якому міститься ця інформація, з наданням таких документів.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію, який підтверджується підписаним з обох сторін актом вводу в експлуатацію.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. Гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію, який підтверджується підписаним з обох сторін актом вводу в експлуатацію.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

4. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

**Приліжковий тренажер для рук СРМ-14 або еквівалент  
Технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі  
(ДК 021:2015 - 33150000-6 – Апаратура для радіотерапії, механотерапії,  
електротерапії та фізичної терапії)  
Класифікація за НК 024:2023: 17137 - Тренажер для тривалого пасивного  
розробляння кістей рук/променезап'ястного суглоба**

| №  | Опис вимог                                                                                                                                                                            | Наявність функції або значення параметру по ТЗ |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1  | Виріб має бути призначений для реабілітації верхніх кінцівок лежачих хворих, людей в інвалідних візках, людей з обмеженими можливостями пересування, для пацієнтів, прикутих до ліжка | Відповідність                                  |
| 2  | Виріб має включати наступні режими тренування: пасивний, допоміжний, активний, активно-пасивний і зняття спазму                                                                       | Відповідність                                  |
| 3  | Виріб має бути оснащений екраном                                                                                                                                                      | Відповідність                                  |
| 4  | Виріб має бути оснащений кнопкою аварійної зупинки                                                                                                                                    | Відповідність                                  |
| 5  | Габаритні розміри виробу (ДхШ):                                                                                                                                                       | 1160 x 566<br>(±3 мм)                          |
| 6  | Регулювання висоти                                                                                                                                                                    | Min 1255<br>Max 1370<br>(±3 мм)                |
| 7  | Вага виробу не менше, кг                                                                                                                                                              | 110                                            |
| 8  | Виріб має бути оснащений важелем регулювання напрямлення руху тренажеру                                                                                                               | Відповідність                                  |
| 9  | Виріб має бути оснащений педаллю регулювання висувних ніжок для фіксації тренажеру на підлозі                                                                                         | Відповідність                                  |
| 10 | Для зручності транспортування виріб має бути оснащений 4 поворотними колесами                                                                                                         | Відповідність                                  |
| 11 | Виріб має бути оснащений ручками для регулювання довжини у кількості 2 штуки                                                                                                          | Відповідність                                  |
| 12 | Виріб має бути оснащений ручкою для регулювання висоти                                                                                                                                | Відповідність                                  |
| 13 | Гарантійний термін                                                                                                                                                                    | 12 місяців                                     |

**Місце поставки - Одеська обл., Одеський р-н, Усатівська сільська рада, с. Усатове, вул. Київська, 59**

**Строк поставки – до 31.12.2025**

### **ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою), в якому міститься ця інформація, з наданням таких документів.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію, який підтверджується підписаним з обох сторін актом вводу в експлуатацію.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. Гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію, який підтверджується підписаним з обох сторін актом вводу в експлуатацію.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

4. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

**Приліжковий тренажер для ніг СРМ-15 або еквівалент**  
**Технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі**  
**(ДК 021:2015 - 33150000-6 – Апаратура для радіотерапії, механотерапії,**  
**електротерапії та фізичної терапії)**  
**Класифікація за НК 024:2023: 63314 - Електронний обертальний тренажер**

| № | Опис вимог                                                                                                                                 | Наявність функції або значення параметру по ТЗ |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | Виріб має бути призначений для тренування нижніх кінцівок: реабілітація після травми, відновлення працездатності, профілактичне лікування. | Відповідність                                  |
| 2 | Виріб має включати пасивні та активні режими тренування для пацієнтів.                                                                     | Відповідність                                  |
| 3 | Виріб має бути оснащений вимикачем аварійної зупинки                                                                                       | Відповідність                                  |
| 4 | Виріб має бути обладнаний перемикачем регулювання висоти                                                                                   | Відповідність                                  |
| 5 | Габаритні розміри ДхШхВ, мм                                                                                                                | 900х740х1300<br>(±3 мм)                        |
| 6 | Вага виробу не менше, кг                                                                                                                   | 90                                             |
| 7 | Виріб має бути оснащений педаллю регулювання висувних ніжок для фіксації тренажеру на підлозі                                              | Відповідність                                  |
| 8 | Для зручності транспортування виріб має бути оснащений колесами у кількості 4 штуки                                                        | Відповідність                                  |
| 9 | Тренажер має бути оснащений педалями для ніг з фіксуючими ремнями у кількості 2 шт                                                         | Відповідність                                  |



|    |                                                                                                                                                                            |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 10 | Тренажер має бути оснащений панеллю керування                                                                                                                              | Відповідність |
| 11 | Виріб має бути оснащений дротовим пультом керування                                                                                                                        | Відповідність |
| 12 | Дротовий пульт керування має бути оснащений наступними кнопками:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• кнопка «стоп»;</li> <li>• кнопки «плюс» та «мінус»</li> </ul> | Відповідність |
| 13 | Виріб має бути оснащений поручнем                                                                                                                                          | Відповідність |
| 14 | Пластикові частини виробу мають бути виготовлені з ABS - пластику або поліуретану                                                                                          | Відповідність |
| 15 | Виріб має бути оснащений кронштейном для литок                                                                                                                             | Відповідність |
| 16 | Виріб має бути оснащений тросом для витягування гомілки                                                                                                                    | Відповідність |
| 17 | Гарантійний термін, не менше                                                                                                                                               | 12 місяців    |

**Місце поставки - Одеська обл., Одеський р-н, Усатівська сільська рада, с. Усатове, вул. Київська, 59**

**Строк поставки – до 31.12.2025**

### **ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською мовою), в якому міститься ця інформація, з наданням таких документів.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію, який підтверджується підписаним з обох сторін актом вводу в експлуатацію.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. Гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію, який підтверджується підписаним з обох сторін актом вводу в експлуатацію.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер

оголошення, що оприлюднене в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

4. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

---