

**ОБЛАСНА КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА
«ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ»**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Приліжкова тумбочка для пацієнта SERA 10 або тумба приліжкова з приліжковим столиком АБО ЕКВІВАЛЕНТ, Медична шафа для інструментів AD-213/Р або шафа для інструментів різного призначення АБО ЕКВІВАЛЕНТ, столик з мийкою для миття медичних інструментів AD-860.03 або столик з мийкою для миття інструментів різного призначення АБО ЕКВІВАЛЕНТ, приліжковий столик для пацієнта AD-170/УК або приліжковий столик аналогічного призначення АБО ЕКВІВАЛЕНТ, приліжковий столик СУМ-01 АБО ЕКВІВАЛЕНТ, приліжкова тумбочка для пацієнта AD-259/KL або приліжкова тумбочка для особистих речей АБО ЕКВІВАЛЕНТ, медична шафа для інструментів з двома дверцятами AD-206/Р або шафа для інструментів різного призначення АБО ЕКВІВАЛЕНТ, медична шафа для інструментів AD-209/Р або шафа для інструментів різного призначення АБО ЕКВІВАЛЕНТ, стілець лікаря AD-261/Н або стілець з аналогічним призначенням АБО ЕКВІВАЛЕНТ за кодом ДК 021:2015 - 39150000-8 Меблі та пристосування різні

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Замовник - ЦЗО – Комунальне підприємство «Централізована закупівельна організація Одеської обласної ради»

Замовник-Ініціатор – Обласна комунальна установа «Обласний центр соціально- психологічної допомоги»

65102, Україна, Одеська область, місто Одеса, ВУЛИЦЯ КРАСНА, будинок 11 (код ЄДРПОУ 33970008)

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015 — ДК 021:2015: 39150000-8 Меблі та пристосування різні

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: ВІДКРИТІ ТОРГИ (з особливостями): UA-2025-08-28-002993-а.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 5 198 334,00 грн. (з ПДВ)

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».

Розмір бюджетного призначення: 5 198 334,00 (з ПДВ)

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі.

Приліжкова тумбочка для пацієнта SERA 10 або тумба приліжкова з приліжковим столиком АБО ЕКВІВАЛЕНТ, Медична шафа для інструментів AD-213/Р або шафа для інструментів різного призначення АБО ЕКВІВАЛЕНТ, столик з мийкою для миття медичних інструментів AD-860.03 або столик з мийкою для миття інструментів різного призначення АБО ЕКВІВАЛЕНТ, приліжковий столик для пацієнта AD-170/УК або приліжковий столик аналогічного призначення АБО ЕКВІВАЛЕНТ, приліжковий столик СУМ-01 АБО ЕКВІВАЛЕНТ, приліжкова тумбочка для пацієнта AD-259/KL або приліжкова тумбочка для особистих речей АБО ЕКВІВАЛЕНТ, медична шафа для інструментів з двома дверцятами AD-206/Р або шафа для інструментів різного призначення АБО ЕКВІВАЛЕНТ, медична шафа для інструментів AD-209/Р або шафа для інструментів різного призначення АБО ЕКВІВАЛЕНТ, стілець лікаря AD-261/Н або стілець з аналогічним призначенням АБО ЕКВІВАЛЕНТ за кодом ДК 021:2015 - 39150000-8 Меблі та пристосування різні

Місце поставки товару: **Одеська обл., Одеський р-н, Усатівська сільська рада, с. Усатове, вул. Київська, 59.**

Строк поставки товару: **до 31.12.2025 року.**

СПЕЦИФІКАЦІЯ:

Приліжкова тумбочка для пацієнта SERA 10 або тумба приліжкова з приліжковим столиком або їх аналог (57 шт.)

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі
КОД ДК 021:2015 - 39150000-8 Меблі та пристосування різні

№ з/п	Опис вимог	Наявність функції або значення параметру
1.	Тумба приліжкова з приліжковим столиком	Наявність
2.	Тумбочка повинна бути обладнана: - середньою висувною шухлядою з можливістю двостороннього використання - великою шухлядою для габаритних речей, що відкривається, з можливістю двостороннього використання - відкидним столиком для їжі - відкритою нішею між шухлядами	Відповідність
3.	Відкидний столик має при необхідності складатись	Відповідність
4.	Тумбочка повинна мати не менше 4-х поворотних коліс на 360° з перехрестною гальмівною системою, діаметром 50 мм	Відповідність
5.	Матеріал поверхні: - тумби – ДСП - стільниці – HPL	Відповідність
6.	Матеріал колон, що підтримують каркасні з'єднання – алюміній	Відповідність
7.	Телескопічні напрямні у висувних шухлядах	Наявність
8.	Матеріал каркасу висувного столика – алюміній	Відповідність
9.	Відкидний столик повинен мати функцію нахилу, що застосовується під час читання, за допомогою важеля нахилу, розташованого у нижній частині передньої частини столу	Відповідність
10.	Габаритні розміри тумби, (ДхШхВ)	460х520х830 мм (± 5мм)
11.	Габаритні розміри приліжкового столику, (ДхШ)	600х400 мм (±5 мм)
12.	Товщина покриття верхньої поверхні	8 мм (±3 мм)
13.	Гарантійний термін виробу	Не менше 12 місяців

Медична шафа для інструментів AD-213/P або шафа для інструментів різного призначення або їх аналог (2 шт.)

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі
ДК 021:2015 - 39150000-8: Меблі та пристосування різні

№	Опис вимог	Наявність функції або значення параметру по ТЗ
1	Шафа призначена для зберігання різних інструментів у приміщеннях закладів, установ та організацій різного типу призначення	Наявність
2	Конструкція шафи виготовлена з нержавіючої сталі 304	Наявність
3	Шафа повинна мати, не менше ніж 4 ніжки з нержавіючої сталі	Наявність
4	Конструкція шафи має складатись з: - верхньої шафи з двома дверцятами зі скла - нижньої шафи з двома дверцятами з нержавіючої сталі - двох висувних шухляд	Наявність
5	Верхня шафа зі скляними дверцятами повинна мати не менше ніж 2 металеві полиці	Наявність
6	Нижня шафа з дверцятами із нержавіючої сталі повинна мати не менше ніж одну полицю з нержавіючої сталі	Наявність
7	Габаритні розміри шафи (ШхВ), мм	1000 x 1800 (±5мм)
8	Глибина верхньої шафи зі скляними дверцятами, мм	300 (±5мм)
9	Розміри скляної дверцяти (ШхВ), мм	460 x 810 (±5мм)
10	Глибина нижньої шафи з дверцятами із нержавіючої сталі, мм	450 (±5мм)
11	Розміри дверцяти із нержавіючої сталі (ШхВ), мм	450 x 480 (±5мм)
12	Габаритні розміри висувної шухляди (ШхВ), мм	430 x 155 (±5мм)
13	Гарантійний термін, не менше	12 місяців

Столик з мийкою для миття медичних інструментів AD-860.03 або столик з мийкою для миття інструментів різного призначення або їх аналог (2 шт.)

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі
ДК 021:2015 - 39150000-8: Меблі та пристосування різні

№	Опис вимог	Наявність функції або значення параметру по ТЗ
1.	Столик з мийкою	Наявність
2.	Столик з мийкою має бути призначений для використання у закладах, установах та організаціях різного типу призначення	Відповідність
3.	Столик з мийкою має використовуватись для полегшеного застосування інструментів різного призначення	Відповідність
4.	Столик з мийкою має складатись з: - Стільниця з нержавіючої сталі 304 - Мийка з нержавіючої сталі 304 - Шухляда з нержавіючої сталі 304	Відповідність

	- Регульовані ніжки 40x40мм - 6 шт - Рама з високоякісної нержавіючої сталі 304	
5.	Стільниця має бути виготовлена з нержавіючої сталі 304	Відповідність
6.	Мийка має бути виготовлена з нержавіючої сталі 304	Відповідність
7.	Шухляда має бути виготовлена з нержавіючої сталі 304	Відповідність
8.	Габаритні розміри, (ДхШхВ)	Не менше 70x160x90 см
9.	Регульовані по висоті ніжки	Наявність
10.	Кількість регульованих по висоті ніжок	Не менше 6 шт
11.	Максимальне навантаження на мийку	Не менше 80 кг
12.	Габаритні розміри ніжок, (ДхШ)	Не більше 40x40 мм
13.	Гарантія	Не менше 12 місяців

**Приліжковий столик для пацієнта AD-170/UK або приліжковий столик аналогічного призначення або
їх аналог (30 шт.)**

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі
ДК 021:2015 - 39150000-8: Меблі та пристосування різні

№ з/п	Опис вимог	Значення
1	Приліжковий столик має бути призначений для застосування у закладах, установах та організаціях різного типу призначення і має використовуватись для забезпечення комфорту під час прийому їжі, роботи з ПК, читання книжок	Наявність
2	Каркас приліжкового столу має бути покритий електростатичною фарбою	Наявність
3	Конструкція столика має складатись з: - рухомої основи з колесами - стільниці - стійки	Наявність
4	Стільниця має бути виконана з компактного ламінату	Наявність
	Габаритні розміри столика ДхШ, мм	455 x 855 (±5мм)
5	Регулювання висоти, мм	Min 840 (±5 мм) Max 1110 (±5 мм)
6	Висота приліжкового столика має регулюватись за допомогою газової пружини	Наявність
7	Ручка для регулювання висоти	Наявність
8	Для зручності транспортування приліжковий столик повинен бути оснащений колесами, діаметром 50 мм, загальною кількістю не менше	Наявність

	4 шт.	
9	Максимальне робоче навантаження, не менше	10 кг
10	Гарантійний термін експлуатації, не менше	12 місяців

Приліжковий столик СУМ-01 або аналог (5 шт.)

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі
ДК 021:2015 - 39150000-8: Меблі та пристосування різні

№ п/п	Характеристики	Вимоги
1.	Приліжковий столик	Наявність
2.	Приліжковий столик повинен бути призначений для забезпечення зручного обслуговування у закладах, установах та організаціях різного типу призначення	Відповідність
3.	Приліжковий столик повинен використовуватись для розміщення їжі, особистих речей, тощо	Відповідність
4.	Стільниця столу має бути виготовлена з ламінату	Відповідність
5.	Товщина стільниці	Не більше 4 мм
6.	Столик повинен мати функцію складання	Відповідність
7.	Столик повинен регулюватись по висоті	Відповідність
8.	Регулювання висоти столу має відбуватись за рахунок руху важеля розблокування амортизатора вперед або назад	Відповідність
9.	Висота столику	Від 81 до 106 см ± 3 см
10.	Ручка блокування амортизатора	Наявність
11.	Телескопічний алюмінієвий корпус	Наявність
12.	Діаметр коліс	Не більше 75 мм
13.	Перехресне блокування коліс	Наявність
14.	Нижня частина шасі має бути вкрита електростатичним порошковим покриттям	Відповідність
15.	Габаритні розміри, ДхШхВ	Не більше 58х39х106 см
16.	Гарантійний термін виробу	Не менше 12 місяців

Приліжкова тумбочка для пацієнта AD-259/KL або приліжкова тумбочка для особистих речей або їх аналог (31 шт.)

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі
ДК 021:2015 - 39150000-8: Меблі та пристосування різні

№	Найменування параметру	Вимоги
1	Приліжкова тумбочка призначена для застосування у закладах, установах та організаціях різного типу призначення і має використовуватись для зберігання особистих речей	Відповідність
2	Для зручності транспортування тумба повинна бути оснащена колесами з поперечними гальмами, діаметром 50мм, загальною кількістю не менше ніж 4 шт	Відповідність
3	Тумбочка повинна мати одну висувну шухлядку та одну шафу	Відповідність

	знизу з дверцятами	
4	Верхня висувна шухлядка має бути призначена для зберігання дрібних особистих речей та витримувати навантаження до 5 кг	Відповідність
5	Нижня шафа з дверцятами має бути призначена для зберігання більших предметів і витримувати навантаження до 15 кг	Відповідність
6	Висота висувної шухляди, мм	150 ($\pm 3\%$)
7	Висота нижньої шафи (шухляди) з дверцятами, мм	500 ($\pm 3\%$)
8	Каркас тумбочки виготовлений із алюмінієвого профілю товщиною не менше 1,2 мм	Відповідність
9	Матеріал тумбочки – компактний ламінат, товщиною не більше 12 мм	Відповідність
10	Всі матеріали тумбочки та стільниці стійкі до механічних, хімічних і температурних впливів	Відповідність
11	Габаритні розміри тумбочки (Д×Ш×В), см	37 x 44,5 x 82 ($\pm 3\%$)
12	Максимальне навантаження на тумбу, не більше	30 кг
13	Гарантійний термін виробу не менше	12 місяців

Медична шафа для інструментів з двома дверцятами AD-206/P або шафа для інструментів різного призначення або їх аналог (7 шт.)

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі
ДК 021:2015 - 39150000-8: Меблі та пристосування різні

№	Опис вимог	Наявність функції або значення параметру по ТЗ
1	Шафа призначена для зберігання різних інструментів у приміщеннях закладів, установ та організацій різного типу призначення	Наявність
2	Каркас шафи виготовлений з якісної нержавіючої сталі 304	Наявність
3	Шафа має бути обладнана не менше ніж двома скляними дверцятами з металевими рамами	Наявність
4	Шафа повинна мати не менше ніж 3 знімні металеві полиці	Наявність
5	Шафа має бути обладнана регульованими по висоті ніжками	Наявність
6	Габаритні розміри шафи (ШхДхВ), мм	450 x 900 x 1800 (± 5 мм)
7	Габаритні розміри полиці (ДхШ), мм	885 x 350 (± 5 мм)
8	Максимальне навантаження на кожну полицю шафи, не менше	40 кг
9	Гарантійний термін, не менше	12 місяців

Медична шафа для інструментів AD-209/P або шафа для інструментів різного призначення або їх аналог (3 шт.)

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі
ДК 021:2015 - 39150000-8: Меблі та пристосування різні

№	Опис вимог	Наявність функції або значення параметру по ТЗ
1	Шафа призначена для зберігання різних інструментів у приміщеннях закладів, установ та організацій різного типу призначення	Наявність
2	Каркас шафи виготовлений з якісної нержавіючої сталі 304	Наявність
3	Шафа повинна мати не менше ніж 3 знімні металеві полиці	Наявність
4	Шафа має бути обладнана однією дверкою	Наявність
5	Конструкція дверки має складатись з металевої рами та скла	Наявність
6	Шафа має бути обладнана регульованими по висоті ніжками	Наявність
7	Габаритні розміри шафи (ДхШхВ), мм	600 x 420 x 1800 (±5мм)
8	Габаритні розміри полиці (ШхД), мм	350 x 585 (±5мм)
9	Максимальне навантаження на кожен полицю шафи, не менше	55 кг
10	Гарантія, не менше	12 місяців

Стілець лікаря AD-261/Н або стілець з аналогічним призначенням або їх аналог (4 шт.)

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі
ДК 021:2015 - 39150000-8: Меблі та пристосування різні

№	Опис вимог	Наявність функції або значення параметру по ТЗ
1	Виріб має бути призначений для використання у приміщеннях закладів, установ та організацій різного типу призначення	Відповідність
2	Конструкція виробу має бути виготовлена з нержавіючої сталі (304)	Відповідність
3	Гідравлічне регулювання висоти	Відповідність
4	Виріб має складатись з сидіння, що обертається	Відповідність
5	Покриття сидіння має бути виконане зі штучної шкіри	Відповідність
6	Для зручності транспортування виріб має бути оснащений, коліщатами, що обертаються у кількості не менше 5 штук	Відповідність
7	Діаметр сидіння	400 мм (±5мм)
8	Регулювання висоти, не гірше	480 – 680 мм
9	Гарантійний термін експлуатації не менше	12 місяців