



УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ
НОВОСАВИЦЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Новосавицький психоневрологічний будинок інтернат, 67143, Одеська область, Роздільнянський район, с.Новосавицьке, вул. Центральна буд 95.

код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань - 03189110.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Електрокардіограф ЮКАРД 100 (Код ДК 021-2015: 33120000-7 «Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання»

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2026-09-07-003286-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 53 924,19 грн без ПДВ

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірня методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням одного з методів вищевказаного порядку, а саме проведення моніторингу цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», а також виходячи із середніх цін представлених на сайті minfin.com.ua, тощо.

Розмір бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до Кошторису на 2026 рік

Процедура закупівлі здійснюється відповідно до вимог пункту 10 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, зокрема максимальної економії, ефективності, запобігання корупційним діям і зловживанням. Вид закупівлі: використання електронного каталогу для закупівлі товару (запит ціни пропозиції), відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822, з урахуванням положень, визначених Особливостями.

Категорія замовника передбачена п. 3 ч. 4 ст. 2 Закону.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Електрокардіограф ЮКАРД 100

(показник національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 33120000-7 " Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання "

№ з/п	Найменування	Кількість (м)	Технічні та якісні характеристики
1.	Електрокардіограф ЮКАРД 100	1	Синхронна реєстрація ЕКГ в 12-ти стандартних відведеннях. Вбудована система аналізу та інтерпретації ЕКГ. Автоматичне формування попереднього заключення. Система контролю накладення електродів. Реєстрація відведень по Небу і Слопаку. Вбудований термопринтер (формат паперу 80 на 23 мм). Кількість записів ЕКГ в пам'яті - 250. Чутливість, мм / мВ: 5,10,20. Діапазон вхідних сигналів, в межах: від 0,03 до 5 мВ. Швидкість розгортки, мм / сек: 5; 10; 25; 50. Функція стабілізації дрейфу ізолінії. Визначення амплітудно-тимчасових характеристик і QRS комплексів по кожному відведенню. Авто-розрахунок інтервалів і осей. Дозвіл екрану: 320x240. Можливість роботи від мережі 220 В або вбудованого акумулятора.